

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016**

Do Zamawiającego w dniu 16.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytania***

1. Dotyczy Pakietu nr III

Proszę o dopuszczenie standardowego koreczka do kaniul, z czpieniem koreczka powyżej krawędzi.

2. Dotyczy Pakietu nr XIII

Proszę o dopuszczenie kaniulę wykonaną z poliuretanu, posiadająca 6 pasków kontrastujące w RTG, z portem dodatkowym do wstrzyknięć. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed zakłuciem. Posiadająca: skrzydełka umożliwiające dobrą stabilizację kaniuli w żyłę, zatyczkę z filtrem hydrofobowym uniemożliwiającym wypływ krwi, skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Jednorazowego użytku, sterylną, nietoksyczną, niepirogenną. O rozmiarach:

16	szary	1,7	45	200
18	zielony	1,3	45	95
20	różowy	1,1	32	65
22	niebieski	0,9	25	36
24	żółty	0,7	19	23

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że

1) Zamawiający w Pakiecie III dopuszcza również standardowe koreczki do kaniul z czpieniem koreczka powyżej krawędzi,

2) Zamawiający w Pakiecie XIII nie dopuszcza kaniuli wykonanej z poliuretanu, posiadającej 6 pasków kontrastujących w RTG, z portem dodatkowym do wstrzyknięć, igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed zakłuciem, posiadającej: skrzydełka umożliwiające dobrą stabilizację kaniuli w żyłę, zatyczkę z filtrem hydrofobowym uniemożliwiającym wypływ krwi, skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, w rozmiarach: 1,7x45mm 16G 200ml, 1,3x45mm 18G 95ml, 1,1x32mm 20G 65ml, 0,9x25mm 22G 36ml, 0,7x19mm 24G 23ml.