

Sandomierz 28.07.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego  
systemu do odsysania, znak PN/23/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego systemu do odsysania, znak PN/23/2016**

Do Zamawiającego w dniu 27.07.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### ***Pytania***

#### **Pakiet 1**

1. Prosimy o dopuszczenie raportu z niezależnego laboratorium na potwierdzenie poziomu protein lateksowych poniżej 20 µg/g w miejsce raportu z badań producenta?
2. Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości 270 – 285 mm?

#### **Pakiet 5**

1. Prosimy o dopuszczenie raportu producenta na potwierdzenie, iż rękawice zostały przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978?
2. Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90 szt. z przeliczeniem ceny?
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru kodem literowym na ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu/rozmiaru rękawicy.

### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.07.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie I dopuszcza również raport z niezależnego laboratorium na potwierdzenie poziomu protein lateksowych zamiast raportu z badań producenta,
- 2) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza rękawicy o długości 270-285mm,
- 3) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również raport producenta na potwierdzenie, iż rękawice zostały przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978,
- 4) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice w rozmiarze XL pakowane po 90 szt., z odpowiednim przeliczeniem,
- 5) Zamawiający w Pakiecie V nie dopuszcza rękawic z oznaczeniem rozmiaru kodem literowym.