

Sandomierz 16.02.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/6/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/6/2016

Do Zamawiającego w dniu 11.02.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pytanie 1 Pakiet I

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pakiecie strzykawki z nakładaną igłą. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet II

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 16.02.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.02.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza strzykawki do tuberkuliny z nakładaną igłą,
- 2) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 4 dopuszcza również strzykawki pakowane po 80 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.