

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 17.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet II, kaniula

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, w opakowaniu blister-pack klasy medycznej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet II, kaniula

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, w opakowaniu blister-pack klasy medycznej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet VI, strzykawki

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki typu PERFUZOR z poprzecznym nacięciem na tłoku, co gwarantuje stabilne mocowanie w pompie?

Pakiet VI, strzykawki

Proszę o sprecyzowanie na jakich pompach pracuje szpital?

Pakiet XIII, kaniule

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, w rozmiarach

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	180
18 G	1,20 x 45 1,20 x 32	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet XIII, kaniule

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 24 G neonatologiczną bezpieczną, wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), posiadającą otwór w igle ułatwiający cofanie się krwi i przyspieszoną wizualizację, widoczna w promieniach RTG? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że

- 1) Zamawiający w Pakiecie II nie dopuszcza kaniuli wykonanej z FEP w opakowaniu blister-pack klasy medycznej,
- 2) Zamawiający w Pakiecie II nie dopuszcza kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu w opakowaniu blister-pack klasy medycznej,
- 3) Zamawiający w Pakiecie VI dopuszcza również strzykawkę typu Perfuzor z poprzecznym nacięciem na tłoku,
- 4) Zamawiający informuje, że SSDŚ w Sandomierzu posiada pompy infuzyjne MEDIMA, Kwapisz i Ascort,
- 5) Zamawiający w Pakiecie XIII nie dopuszcza kaniuli z zastawką anty-zwrotną pełniącą funkcję filtra hydrofobowego w rozmiarach: 16G 1,7x45 180ml, 18G 1,2x45 90ml, 18G 1,2x32 90ml, 20G 1x32 57ml, 22G 0,8x25 33ml,
- 6) Zamawiający w Pakiecie XIII nie dopuszcza kaniuli 24G neonatologicznej bezpiecznej, wykonanej FEP, posiadającej otwór w igle ułatwiający cofanie się krwi i przyspieszoną wizualizację, widocznej w promieniach RTG.