

Sandomierz 16.02.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/6/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/6/2016**

Do Zamawiającego w dniu 12.02.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytania***

**Pakiet nr I poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wyposażone w igłę osobno - nie przymocowaną na stałe?

**Pakiet nr I poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 3 - letnim okresem przydatności do użytku?

**Pakiet nr V poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski dla noworodków w kolorach półprzezroczystym/ różowym i niebieskim na całej długości a nie tylko na zakończeniach?

**Pakiet nr VI poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60 cm spełniające pozostałe parametry?

**Pakiet nr VIII poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonki do głowic USG pakowane a'144 szt oraz wycenę z przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę do 12 opakowań ?

**Pakiet nr X poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o rozmiarze 71cm x 116cm o grubości 0,02 mm (20µg)?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 16.02.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.02.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza strzykawki do tuberkuliny wyposażonej w igłę nie przymocowaną na stałe,
- 2) Zamawiający w Pakiecie I dopuszcza również strzykawki z 3 – letnim okresem przydatności do użytku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ,
- 3) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również opaski dla noworodków w kolorach półprzeźroczystych: różowym i niebieskim na całej długości opaski, spełniające pozostałe wymagania SIWZ,
- 4) Zamawiający w Pakiecie VI w poz. 1 dopuszcza również cewniki o długości 60cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ,
- 5) Zamawiający w Pakiecie VIII dopuszcza również osłonki do głowic USG pakowane a' 144 szt. z przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę do 12 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ,
- 6) Zamawiający w Pakiecie X dopuszcza również fartuch foliowy w rozmiarze 71cmx116cm, o grubości 0,02mm (20µg).