

Sandomierz dnia 06.10.2021 r.

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego”, znak TP/15/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego”, znak TP/15/2021

Dot. postępowania znak: TP/15/2021

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytanie udzielone 05.10.2021 r.

Dotyczy załącznika nr 1 Aparat do znieczulenia szt.1

Pytanie

Pkt 145. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń respiratorów, monitorów rzutu serca, aparatów do znieczulenia, bez możliwości podłączenia i wyświetlania danych z pomp infuzyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos