

Sandomierz dnia 05.10.2021 r.

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego”, znak TP/15/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego”, znak TP/15/2021

Do Zamawiającego w dniu 01.10.2021r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dotyczy załącznika nr 1 Aparat do znieczulenia szt.1

1. Pkt 145. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń respiratorów, monitorów rzutu serca, aparatów do znieczulenia, bez możliwości podłączenia i wyświetlania danych z pomp infuzyjnych?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 05.10.2021 r.:

1. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos

Ok.