

Sandomierz 25.06.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych, staplerów i opasek gipsowych, znak PN/17/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, staplerów i opasek gipsowych, znak PN/17/2015

Do Zamawiającego w dniu 24.06.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Dot. Pakietu I

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew syntetyczny, pleciony powleczony mieszaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wchłaniający, z mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%) o okresie wchłaniania do 70 dni i czasie podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym po 2 tyg. ok. 75%, po 3 tyg. ok. 50%?

Dot. Pakietu I poz. 8,35,37

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Dot. Pakietu II

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych, bez dodatku substancji uplastyczniającej glikolu polietylenowego.

Dot. Pakietu III

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew syntetyczny wchłaniający, niepowlekany, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg. ok. 40% pierwotnej siły, po 3 tyg. ok. 15 %, czas wchłaniania 90-120 dni?

Dot. Pakietu IV poz.1,11

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach szew z igła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Dot. Pakietu IV poz.12-14

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Dot. Pakietu VI

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych, wchłaniających, monofilamentowych, z polidoksanonu, , pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Dot. Pakietu VII

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew syntetyczny, niewchłaniający wykonany z poliestru powlekany silikonem (bez informacji w ulotkach o tym, że każde włókno tego szwu powlekane jest silikonem osobno jak i cały szew)?

Dot. Pakietu VIII poz.1,2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie siatek płaskich z polipropylenu gramatura 70g/ m² ,grubości siatki 0,56mm, rozmiar porów 1,2-1,4mm.

Dot. Pakietu VIII poz.1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji siatkę o rozmiarze 8x15?

Dot. Pakietu VIII poz. 3,4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 25.06.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.06.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza szwu syntetycznego, plecionego powleczonego mieszaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz sterynianem wapnia, wchłanianego, z mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%), o okresie wchłaniania do 70 dni i czasie podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym po 2 tyg. ok. 75%, po 3 tyg. ok. 50%,
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu I poz. 8, 35, 37 i utworzenie z nich odrębnego pakietu,
- 3) Zamawiający w Pakiecie II nie dopuszcza szwów syntetycznych niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych, bez dodatku substancji uplastyczniającej glikolu polietylenowego,
- 4) Zamawiający w Pakiecie III nie dopuszcza szwu syntetycznego wchłaniającego, niepowlekanego, o zdolności podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg. ok. 40% pierwotnej siły, po 3 tyg. ok. 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni,
- 5) Zamawiający w Pakiecie IV w poz. 1, 11 nie dopuszcza szwu z igłą odwrotnie tnącą,

- 6) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu IV poz. 12-14 i utworzenie z nich odrębnego pakietu,
- 7) Zamawiający w Pakiecie VI nie dopuszcza szwów syntetycznych, wchłaniających, monofilamentowych, z polidoksanonu,
- 8) Zamawiający w Pakiecie VII nie dopuszcza szwu syntetycznego, niewchłaniającego, wykonanego z poliestru powlekanego silikonem, bez informacji w ulotkach o tym, że każde włókno tego szwu powlekanego jest silikonem osobno jak i cały szew,
- 9) Zamawiający w Pakiecie VIII w poz. 1, 2 nie dopuszcza siatek płaskich z polipropylenu gramatura 70g/ m² , grubości siatki 0,56mm, rozmiar porów 1,2-1,4mm,
- 10) Zamawiający w Pakiecie VIII w poz. 1 nie dopuszcza siatki o rozmiarze 8x15,
- 11) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu VIII poz. 3, 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.