

Sandomierz 30.06.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę testów i opakowań do sterylizacji,
znak PN/15/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów i opakowań do sterylizacji, znak PN/15/2015

Do Zamawiającego w dniu 26.06.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie 1 dot Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z **dotatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania**, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu.? Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pytanie 2 dot Pakietu 2 poz 4,5

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanych wskaźników z autoczytnikiem firmy 3M ATTEST AUTOREADER potwierdzonych przez producenta autoczytnika zgodnie z instrukcją autoczytnika 3M ATTEST AUTOREADER?

Pytanie 3 dot Pakietu 2 poz 6

Prosimy o doprecyzowanie ilu opakowań fiolkowych wskaźników biologiczny do sterylizacji parą wodną wynik po 48 godzinach Zamawiający oczekuje. W formularzu nie jest to jasno sprecyzowane. W rubryce Nazwa produktu Zamawiający pisze 4 op x 100 szt a w rubryce Ilość 7 op. Proszę o podanie ilości opakowań stanowiących faktyczne zapotrzebowanie. .

Pytanie 4 dot Pakietu 2 poz 4,5

Czy Zamawiający oczekuje w tych pozycjach certyfikatu Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Pytanie 5 dot Pakietu .2 poz 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Czy Zamawiający wymaga dokumentów (kart katalogowych, oświadczeń , certyfikatów) które potwierdziłyby zgodność oferowanego produktu z wymaganiami ujętymi w formularzu asortymentowo – cenowym ?

Pytanie 6 dot Pakietu 4 poz 1

Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji produktu, który spełnia wymagania zawarte w definicji Ustawy o Wyrobach Medycznych art 2 pkt 33 tj. wyposażenie wyrobu medycznego- to artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidywanym zastosowaniem?

Pytanie 7 dot pak 4 poz. 1

Czy Zamawiający zgodnie z instrukcją obsługi sterylizatora Steri Vac 4 XL lub 5 XL wymaga potwierdzenia kompatybilności naboji gazowych z tlenkiem etylenu ze sterylizatorem Steri Vac potwierdzonych aktualnym oświadczeniem producenta sterylizatora?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 30.06.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 26.06.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1. Zamawiający w poz. 1 wymaga zestawu testowego jednokrotnego użytku typu Bowie – Dick z arkuszem wczesnego ostrzegania, bez zawartości ołowiu.
2. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanych wskaźników z autoczytnikiem firmy 3M ATTEST AUTO-READER przez producenta autoczytnika zgodnie z instrukcją autoczytnika.
3. Zamawiający w poz. nr 6 Pakietu II wymaga fiolkowego wskaźnika biologicznego do sterylizacji parą wodną wynik po 48 godzinach op. a 100 szt. w ilości 7 op.
4. Zamawiający wymaga dla wskaźników potwierdzenia zgodności z normą przez niezależną jednostkę notyfikowaną, ale na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia takich dokumentów.
5. Zamawiający wymaga oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu oferowanego asortymentu, które to dokumenty zostaną przedłożone Zamawiającemu na każde jego żądanie,

6. Zamawiający wymaga w Poz. nr 1 Pakietu IV naboii gazowych z tlenkiem etylenu, zawierających 100 gr. czystego EO, kompatybilnych ze sterylizatorem firmy 3M.
7. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia kompatybilności naboii gazowych tlenkiem etylenu za sterylizatorem Steri Vac potwierdzonym aktualnym oświadczeniem producenta sterylizatora.