

Sandomierz 26.06.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych, staplerów i opasek gipsowych, znak PN/17/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, staplerów i opasek gipsowych, znak PN/17/2015

Do Zamawiającego w dniu 25.06.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Czy Zamawiający w pakiecie IX zgodzi się na odstąpienie od depozytu na rzecz zamówień jednostkowych wg potrzeb Zamawiającego?
2. Czy Zamawiający w pakiecie X zgodzi się na odstąpienie od depozytu na rzecz zamówień jednostkowych wg potrzeb Zamawiającego?
3. Czy Zamawiający w pakiecie IX, w pozycji 1 dopuści również staplery jednorazowe okrężne, zagięte, o średnicy 25mm, 28mm, 31mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o stałej wysokości otwartej zszywki 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm?
4. Czy Zamawiający w pakiecie IX, w pozycji 2 dopuści również staplery jednorazowe liniowe, 60mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o stałej wysokości otwartej zszywki 3,5mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba)?
5. Czy Zamawiający w pakiecie IX, w pozycji 3 dopuści również ładunki do staplerów jednorazowych liniowych 60mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o stałej wysokości otwartej zszywki 3,5mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba)?
6. Czy Zamawiający w pakiecie IX, w pozycji 4 dopuści również staplery jednorazowe liniowe tnąco – szyjące, z nożem w ładunku, 60mm, z ty-

tanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba)?

7. Czy Zamawiający w pakiecie IX, w pozycji 5 dopuści również ładunki do staplerów jednorazowych liniowych tnąco – szyjących, 60mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba)?
8. Czy Zamawiający w pakiecie IX, w pozycji 6 dopuści również staplery jednorazowe liniowe tnąco – szyjące, z nożem w ładunku, 80mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba)?
9. Czy Zamawiający w pakiecie IX, w pozycji 7 dopuści również ładunki do staplerów jednorazowych liniowych tnąco – szyjących, 80mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba)?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.06.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.06.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie IX nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu depozytu na Bloku Operacyjnym,
- 2) Zamawiający w Pakiecie X nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu depozytu na Bloku Operacyjnym,
- 3) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 1 dopuszcza również staplery jednorazowe okrężne, zagięte, o średnicy 25mm, 28mm, 31mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o stałej wysokości otwartej zszywki 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm,
- 4) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 2 nie dopuszcza staplerów jednorazowych liniowych 60mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o stałej wysokości otwartej zszywki 3,5mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba),
- 5) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 3 nie dopuszcza ładunków do staplerów jednorazowych liniowych 60mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie

spłaszczonymi na całej długości zszywki, o stałej wysokości otwartej zszywki 3,5mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba),

6) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 4 dopuszcza również staplery jednorazowe liniowe tnąco – szyjące, z nożem w ładunku, 60mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba),

7) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 5 dopuszcza również ładunki do staplerów jednorazowych liniowych tnąco – szyjących, 60mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba),

8) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 6 dopuszcza również staplery jednorazowe liniowe tnąco – szyjące, z nożem w ładunku, 80mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba),

9) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 7 dopuszcza również ładunki do staplerów jednorazowych liniowych tnąco – szyjących, 80mm, z tytanowymi zszywkami, brzeźnie spłaszczonymi na całej długości zszywki, o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, zamykającej się do wysokości 1,5mm (tkanka standardowa) lub 4,8mm, zamykającej się do wysokości 2,0mm (tkanka gruba).