

Sandomierz 30.06.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak
PN/18/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak PN/18/2015

Do Zamawiającego w dniu 25.06.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Czy Zamawiający w § 6 ustęp 1 litera a zastąpi słowa „wartości brutto dostawy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?
2. Czy Zamawiający w **pakiecie nr III pozycja 1** wyrazi zgodę na zaofiarowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 2,6 cm x 5,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
3. Czy Zamawiający w **pakiecie nr III pozycja 2** wyrazi zgodę na zaofiarowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 5,10 cm x 10,2 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
4. Czy Zamawiający w **pakiecie nr III pozycja 3** wyrazi zgodę na zaofiarowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 10,2 cm x 10,2 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
5. Czy Zamawiający w **pakiecie nr III pozycja 4** wyrazi zgodę na zaofiarowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie jakie właściwości/ cechy ma na myśli opisując przedmiot zamówienia w **pakiecie nr III pozycja 1, 2, 4** jako „stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu”.
7. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyeliminowa-

nie w **pakiecie nr III w pozycji 1-4** wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP i E-coli badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo, bowiem stawianie ww. wymogu stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”) i art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp w związku z brzmieniem § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226, poz. 1817), przez bezpodstawne żądanie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji.

8. Czy Zamawiający w **pakiecie nr VII** wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego jałową mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu – środka zmiękczonego (10%). Proponowany wosk umożliwia uzyskać miejscową hemostazę kostną dzięki działaniu jako bariera mechaniczna (tampon). Nie ma działania biochemicznego. Oferowany wosk jest jałowy; sterylizowany przez napromieniowanie; podwójnie zapakowany; gramatura 2,5 g.
9. Czy Zamawiający w **pakiecie nr VII** wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego w opakowaniu a'12 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
10. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w **pakiecie nr VII** wymaga zaoferowania 24 sztuk wosku kostnego czy 24 opakowań wosku kostnego, w każdym opakowaniu znajdują się 24 sztuki (łącznie 576 szt.)?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 30.06.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.06.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust.1 lit. a) projektu umowy,
- 2) Zamawiający w Pakiecie III poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 2,6cm x 5,1 cm,
- 3) Zamawiający w Pakiecie III poz. 2 wyraża zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 5,10 cm x 10,2 cm,

- 4) Zamawiający w Pakiecie III poz. 3 wyraża zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 10,02 cm x 10,2 cm,
- 5) Zamawiający w Pakiecie III poz. 4 wyraża zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm,
- 6) Zamawiający informuje, że w Pakiecie III poz. 1, 2, 4 oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w zał. nr 1 do SIWZ,
- 7) Zamawiający w Pakiecie III w poz. 1-4 nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu, aby zaoferowane hemostatyki posiadały działanie bakteriobójcze przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PESP i E-Coli. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ nie wymaga załączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających w/w działanie bakteriobójcze,
- 8) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie VII wosku kostnego będącego jałową mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu – środka zmiękczającego (10%),
- 9) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie VII wosku kostnego w opakowaniach a' 12 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
- 10) Zamawiający w Pakiecie VII wymaga 24 opakowań wosku kostnego, w każdym opakowaniu znajdują się 24 saszetki.