

Sandomierz 30.06.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę testów i opakowań do sterylizacji,
znak PN/15/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów i opakowań do sterylizacji, znak PN/15/2015

Do Zamawiającego w dniu 26.06.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dotyczy Pakietu nr 1-opakowania do sterylizacji

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 7-18) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
2. Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 250mmx200m lub 300mmx200m w miejsce rękawa 270mmx100m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ?
3. Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 350mmx200m lub 400mmx200m w miejsce rękawa 380mmx200m ?
4. Poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 400mmx200m w miejsce rękawa 420mmx100m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ?
5. Poz. 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 400mmx200m w miejsce rękawa 500mmx200m?
6. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o gramaturze papieru

70 g/m² ? Wyższa gramatura niż wymagana w SIWZ gwarantuje większą wytrzymałość mechaniczną rękawów, a tym samym jest parametrem lepszym niż wymagany.

7. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o folii 6 warstwowej łącznie z warstwą kleju?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 30.06.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 26.06.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu I rękawów papierowo – foliowych do sterylizacji (poz. 7-18) i utworzenia odrębnego pakietu.
2. Poz. 14 Zamawiający nie dopuszcza do oceny rękawa papierowo- foliowego płaskiego o wymiarach 250mmx200m lub 300mm x 200m w miejsce rękawa 270mmx100m.
3. Poz. 16 Zamawiający nie dopuszcza do oceny rękawa papierowo – foliowego płaskiego o wymiarach 350mmx200m lub 400mmx200m w miejsce rękawa 380mmx200m.
4. Poz. 17 Zamawiający nie dopuszcza do oceny rękawa papierowo-foliowego płaskiego o wymiarach 400mmx200 w miejsce rękawa 420mmx100m.
5. Poz. 18 Zamawiający nie dopuszcza do oceny rękawa papierowo-foliowego płaskiego o wymiarach 400mm x200m w miejsce rękawa 500mm x200m.
6. Zamawiający dopuszcza do oceny rękawy papierowo- foliowe o gramaturze papieru 70g/m².
7. Zamawiający nie dopuszcza do oceny rękawów papierowo-foliowych o folii 6 warstwowej łącznie z warstwą kleju.