Sandomierz 28.07.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak: PN/22/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak PN/22/2015

Do Zamawiającego w dniu 27.07.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet XVII

1. Dot. Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności -520ml i wymiarach: wysokość – 114mm, średnica dolna – 74mm, średnica górna – 84mm
2. Dot. Poz. 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności -1200ml i wymiarach: wysokość – 131mm, średnica dolna – 105mm, średnica górna – 122mm
3. Dot. Poz. 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności -2300ml i wymiarach: wysokość – 132mm, średnica dolna – 149mm, średnica górna – 175mm

4. Dot. Poz. 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań hist0patologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności -5600ml i wymiarach: wysokość – 194mm, średnica dolna – 191mm, średnica górna – 210mm
5. Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności -120ml i wymiarach: wysokość – 52mm, średnica dolna – 55,5mm, średnica górna – 61,5mm
6. Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności -190ml i wymiarach: wysokość – 66,5mm, średnica dolna – 60,5mm, średnica górna – 69mm
7. Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności -366ml i wymiarach: wysokość – 80,3mm, średnica dolna – 74,8mm, średnica górna – 84,8mm
8. Dot. Poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych, o pojemności -80ml i wymiarach: wysokość – 85mm, średnica – 43mm

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.07.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:
1) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 4 dopuszcza również pojemnik wykonany z PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z

plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności - 520ml i wymiarach: wysokość – 114mm, średnica dolna – 74mm, średnica górna – 84mm,
2) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 5 dopuszcza również pojemnik wykonany z PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności - 1200ml i wymiarach: wysokość – 131mm, średnica dolna – 105mm, średnica górna – 122mm,
3) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 6 dopuszcza również pojemnik wykonany z PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności - 2300ml i wymiarach: wysokość – 132mm, średnica dolna – 149mm, średnica górna – 175mm,
4) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 7 dopuszcza również pojemnik wykonany z PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań hist0patologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności - 5600ml i wymiarach: wysokość – 194mm, średnica dolna – 191mm, średnica górna – 210mm,
5) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 2 dopuszcza również pojemnik wykonany z PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności - 120ml i wymiarach: wysokość – 52mm, średnica dolna – 55,5mm, średnica górna – 61,5mm,
6) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 3 nie dopuszcza pojemnika wykonanego z PP, posiadającego deklarację IVD, przeznaczonego do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności - 190ml i wymiarach: wysokość – 66,5mm, średnica dolna – 60,5mm, średnica górna – 69mm,
7) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 3 dopuszcza również pojemnik wykonany z PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim na stałe etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z

plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności - 366ml i wymiarach: wysokość – 80,3mm, średnica dolna – 74,8mm, średnica górna – 84,8mm,
8) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 1 dopuszcza również pojemnik wykonany z PP, posiadający deklarację IVD, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych, o pojemności - 80ml i wymiarach: wysokość – 85mm, średnica – 43mm.