

Sandomierz 15.04.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2016

Do Zamawiającego w dniu 12.04.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Dotyczy Pakietu I

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny, pleciony powleczony mieszaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz stearynią wapnia, wchłaniany, z mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%) o okresie wchłaniania do 70 dni i czasie podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym po 2 tyg. ok. 75%, po 3 tyg. ok. 50%?

Dotyczy Pakietu I, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji pojedynczy szew w saszetce, tj. igła tnąca wzmocniona 26 mm, ½ koła, nić 45 cm, 2/0 z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Dotyczy Pakietu I, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji pojedynczy szew w saszetce, tj. igła okrągła 65 mm, ½ koła, nić 75 cm, 2 z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Dotyczy Pakietu I poz. 35, 37

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu producenckiego.

Dotyczy Pakietu II

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych bez dodatku glikolu polietylenowego.

Dotyczy Pakietu III

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew syntetyczny wchłaniający, niepowlekany, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg. ok. 40% pierwotnej siły, po 3 tyg. ok. 15 %, czas wchłaniania 90-120 dni?

Dotyczy Pakietu IV

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwów z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Dotyczy Pakietu IV poz.12 - 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu w w/w pozycjach szwów poliamidowych

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu producenckiego.

Dotyczy Pakietu V

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Dotyczy Pakietu VI

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych, wchłaniających, monofilamentowych, z polidioksanonu, , pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Dotyczy Pakietu VII

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew syntetyczny, niewchłaniający wykonany z poliestru powlekany silikonem (bez informacji w ulotkach o tym, że każde włókno tego szwu powlekanie jest silikonem osobno jak i cały szew)?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.04.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.04.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza szwu syntetycznego, plecionego, powleczonego mieszaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wchłaniającego, z mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%) o okresie wchłaniania do 70 dni i czasie podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym po 2 tyg. ok. 75%, po 3 tyg. ok. 50%,

- 2) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 8 nie dopuszcza pojedynczego szwu w saszetce tj. igła tnąca wzmocniona 26 mm, ½ koła, nić 45 cm, 2/0. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu I poz. 8 i utworzenie z niej odrębnego pakietu,
- 3) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 31 nie dopuszcza pojedynczego szwu w saszetce tj. igła okrągła 65 mm, ½ koła, nić 75 cm, 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu I poz. 31 i utworzenie z niej odrębnego pakietu,
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu I poz. 35, 37 i utworzenie z nich odrębnego pakietu,
- 5) Zamawiający w Pakiecie II nie dopuszcza szwów syntetycznych niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych bez dodatku glikolu polietylenowego,
- 6) Zamawiający w Pakiecie III nie dopuszcza szwu syntetycznego, wchłaniającego, niepowlekanego, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg. ok. 40% pierwotnej siły, po 3 tyg. ok. 15 %, czas wchłaniania 90-120 dni,
- 7) Zamawiający w Pakiecie IV nie dopuszcza szwów z igłą odwrotnie tnącą,
- 8) Zamawiający w Pakiecie IV w poz. 12-14 nie dopuszcza szwów poliamidowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu IV poz. 12-14 i utworzenie z nich odrębnego pakietu,
- 9) Zamawiający w Pakiecie V nie dopuszcza wchłaniającej nitki plecionej, wytwarzanej z kwasu glikolowego, powlekananej polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach,
- 10) Zamawiający w Pakiecie VI nie dopuszcza szwów syntetycznych, wchłaniających, monofilamentowych, z polidoksanonu,
- 11) Zamawiający w Pakiecie VII nie dopuszcza szwu nie posiadającego informacji w ulotkach o tym, że każde włókno tego szwu powlekanane jest silikonem osobno jak i cały szew.