

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/3/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017

Do Zamawiającego w dniu 25.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

PAKIET XXXIV RURKI, PROWADNICE, FILTRY, OBWODY ODDECHOWE

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 1, 4, 9 i 10.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 minimalnie różniącej się przewodnicy do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV z miękką końcówką, w min. 2 rozmiarach: CH 06 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 - 5,0 oraz CH10 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0 - 10,0.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 łącznika o zmiennej długości, rozciągliwego (martwa przestrzeń) zespolonego z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchofiberoskopii, długość min. 15cm, jednorazowy, sterylny.
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 minimalnie różniącego się filtra oddechowego mechaniczny, antybakteryjny i antywirusowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,99%, wydajność nawilżania przy VT 500ml, min 33mg/litr, martwa przestrzeń max 75ml, objętość oddechowa 150-1500ml, opór przepływu 1,1cmH₂O przy 30 l/min., port kapno, sterylny, pakowany pojedynczo. Waga 45 g.
5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 minimalnie różniącego się filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej min. 99,999%, waga filtra 29g, przestrzeń martwa 45ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 obwodu oddechowego o minimalnie różniących się parametrach, jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych o zmiennej długości przed rozciągnięciem 60cm i 180cm po rozciągnięciu z dodatkową gałęzią min. 150cm i workiem oddechowym 2l bez lateksowym oraz łącznik 22/22mmM. Wszystkie trzy gałęzie zakończone elastycznymi konektorami 22F typu flex wykonanymi z PCV.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.