

Sandomierz 15.04.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2016

Do Zamawiającego w dniu 13.04.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany mieszaniną złożoną w równych częściach z kopolimeru glikolidu ilaktydu (Poliglaktyna 370) oraz stearynianu wapnia, wchłaniający, z mieszaniny / kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, o okresie wchłaniania 56-70 dni, o udokumentowanym w instrukcji obsługi okresie podtrzymywania tkankowego do 35 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym, po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.04.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.04.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza szwu syntetycznego, plecionego, powlekanego mieszaniną złożoną w równych częściach z kopolimeru glikolidu ilaktydu (Poliglaktyna 370) oraz stearynianu wapnia, wchłaniającego, z mieszaniny kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, o okresie wchłaniania 56-70 dni, o udokumentowanym w instrukcji obsługi okresie podtrzymywania tkankowego do 35 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym, po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%.