

Sandomierz dnia 14.01.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

***Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli  
i zbiornika”, Znak PN/2/2020***

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika”, znak PN/2/2020**

Do Zamawiającego w dniu 13.01.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie 1 do pakietu nr 2**

Prosimy o możliwość zaoferowania gazu medycznego sprężonego, mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu 50% w butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 11 litrów, zawierającej 3,23 m<sup>3</sup> mieszaniny gazów z równoczesnym przeliczeniem ilości butli wg. wzoru


30 butli 10l zawierających 2,8m<sup>3</sup> gazu = 26 butli 11l zawierających 3,23m<sup>3</sup>gazu.

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość przystąpienia większej liczby oferentów, a tym samym uzyskania przez Zamawiającego lepszych warunków cenowych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.01.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 13.01.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1. Zamawiający dopuszcza

  
**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu

*dr n. med. Marek Kos*