

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno - immunologicznego wraz ze stacją wody”
Znak PN/7/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno - immunologicznego wraz ze stacją wody”, znak PN/7/2019

Do Zamawiającego w dniu 11.03.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

1. Dot. Zał. Nr 1:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania multikontroli w biochemii i immunochemii, które pochodzą od innego producenta?
2. Dot. zał. nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników/wyrobów, dla których oferent jest wytwórcą, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r, a czynności związane z projektowaniem lub wytwarzaniem nie wykonuje samodzielnie lecz zleca je innym podmiotom?
3. Dot. Zał. Nr 1:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz.39 – Czy w związku z wymogiem, aby parametry kwas walproinowy oraz karbamazepina były oznaczane metodą chemiluminescencji Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie oznaczeń ww wymienionych parametrów z badań biochemicznych (poz. 28 i poz. 31) do badań immunologicznych?
4. Dot. Zał. Nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ilości zestawów odczynnikowych dla niektórych parametrów biochemicznych takich jak Albumina w moczu / PMR, Amylaza, Fosfataza alkaliczna, kwas moczowy, Ig A, Ig G, Ig M, Sód, Potas, Chlor, został skalkulowany w oparciu o praktykę ich realnego zużycia użytkownikom oferowanego systemu biochemicznego- możliwość podziału zestawów, popartą prawidłowymi wynikami kontroli (metoda pod kontrolą), bez uwzględnienia terminu stabilności na pokładzie podanego w ulotce danego odczynnika? Jednocześnie zaoferowana ilość odczynników zapewni Zamawiającemu wykonanie podanej ilości oznaczeń danych parametrów wraz z kontrolami i kalibracjami.
5. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy dostarczył kontrolę zewnętrznlaboratoryjną obejmująca oznaczenia biochemiczne (17 parametrów) i immunologiczne (panel tarczycowy i PSA)?
6. W celu prawidłowego skalkulowania ilości materiałów kontrolnych w okresie trwania umowy prosimy o podanie harmonogramu i częstotliwości wykonywania badań kontrolnych dla każdego z oferowanych parametrów?

7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oznaczania IgE w panelu biochemicznym?
8. Dot. Zał. Nr 1 Analizator Biochemiczny wchodzący w skład zintegrowanego systemu biochemiczno- immunochemicznego pkt. 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kuwet pomiarowych z kwarcowych wielokrotnego użytku, bez konieczności wymiany przez cały okres trwania umowy dzierżawy?
9. Dot. Zał. Nr 1 Badania biochemiczne poz. 18 i poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę wykonanie oznaczeń fosfatazy kwaśnej i fosfatazy sterczowej w laboratorium zewnętrznym?
10. Dot. par. 2 ust. 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyk na płycie CD? Każda Karta ma od 25 do 50 str.
11. Dot. par. 5 ust. 4:
Prosimy o usunięcie zapisu **złożenie w formie telefonicznej**, gdyż Wykonawca wszystkie zamówienia musi mieć na piśmie w formie fax lub email?
12. Dot. par. 8:
Aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 12.03.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 11.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Zamawiający wyraża zgodę.
4. Zamawiający wyraża zgodę.
5. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
6. Kontrola biochemiczna 3 razy w tygodniu na wszystkich poziomach, kontrole biochemiczne dedykowane 1 raz w tygodniu na wszystkich poziomach, kontrole poszczególnych parametrów biochemicznych wykonywanych w moczach 1 raz w tygodniu na wszystkich poziomach, kontrole immunologiczne 1 raz w tygodniu na wszystkich poziomach, kontrole immunologiczne dedykowane 1 raz w tygodniu na wszystkich poziomach.
7. Zamawiający dopuszcza.
8. Zamawiający wyraża zgodę.
9. Zamawiający wyraża zgodę, na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Zamawiający zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 umowy dopuszcza również możliwość składania zamówień faksem lub mailem.
12. Zamawiający podtrzymuje zapis § 8 umowy.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

Janusz Sikoraki