

Sandomierz 11.07.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę implantów do zabiegów kręgosłupa oraz wyrobów do zabiegów
angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/23/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do zabiegów kręgosłupa oraz wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/23/2019

Do Zamawiającego w dniu 05.07.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dot. Pakietu IV poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 1 stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego o następujących parametrach:

- płytki o wymiarach 23-89 mm i rozstawem otworów ze skokiem max. 2mm;
- płytki 4-otworowe (23-28mm), 6-otworowe (37-46mm), 8-otworowe (50-65mm), 10-otworowe (69-89mm),
- płytki o niskim profilu (wys. max. 2mm w części środkowej płytki), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne),
- pokrywające się rozstawy otworów dla płytek 4, 6, 8 i 10-otworowych,
- wkręty samogwintujące, wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm,
- wkręty samowierzące, wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm,
- możliwość zastosowania stabilizacji hybrydowej, półsztywnej (z użyciem wkrętów sztywnych i wielokątnych),
- ruchomość wkrętów wielokątnych w zakresie 20 stopni (± 10) wzdłuż osi płytki i 20 stopni (-4 i +16) w poprzek osi płytki,
- wkręty blokowane wewnętrznie, zatraskowo (blokada musi zapobiegać wykręcaniu się wkrętu, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów),
- każdy wkręt blokowany niezależnie, bez konieczności użycia dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki,
- rodzaje wkrętów kodowane kolorami,
- wkręty mają atraumatyczne zakończenie i niski profil łba, nie wystający ponad powierzchnię płytki,
- możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania wkrętu,
- materiał wykonania: stop tytanu?

2. Dot. Pakietu IV poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 2 protezy trzonu szyjnego o następujących parametrach:

Implantacja możliwa z 2 dostępow operacyjnych: przedniego i przednio-bocznego:

- wykonana z wysoce biozgodnego tworzywa sztucznego PEEK (Polietereoeteroketon) o sztywności zbliżonej do ludzkiej kości;
- zakres wysokości od 25 do 100mm z jej płynną regulacją in situ;
- szeroka gama talerzy oporowych uwzględniająca wielkość powierzchni granicznych trzonów (3 rozmiary $\varnothing 22$ mm, 26x22mm, 30x26mm), kąty lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej (4 rozmiary 0°, 3°, 5°, 9° dające w sumie możliwość uzyskania 10 różnych katów);
- automatyczne zabezpieczenie przed zmianą wysokości implantu po jego wszczepieniu;

- ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych z 4 kokami zwiększającymi stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji;
- duże otwory widoczne w płaszczyźnie poziomej przeznaczone na przeszczep kostny umożliwiające przerost tkanki kostnej;
- 8 tantalowych znaczników nieprzeziernych dla promieni RTG, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu;
- trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji;
- zestaw palet do przechowywania oraz sterylizacji implantów?

3. Dot. § 5 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający w §5 ust. 3 dookreśli, iż w przypadku produktów które nie mają określony daty ważności zgłoszenie wad jakościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia i nie później niż 12 miesięcy od daty dostawy? Obecny zapis jest nie precyzyjny i nie można jednoznacznie określić w jakim terminie Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji.

4. Dot. § 5 ust. 4 tiret 1 projektu umowy: Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 4 tiret 1 z „48 godzin” na „2 dni robocze”. Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

5. Dot. § 5 ust. 4 tiret 2 projektu umowy: Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4 tiret 2, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

6. Dot. § 8 w zw. z § 6 ust. 1 lit. b i c projektu umowy: Czy Zamawiający dookreśli w §8 w zw. z §6 ust. 1 lit. b i lit. c, że odstąpienie od umowy / wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.07.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.07.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o. DYREKTOR
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
Marek Kos
dr n. med. Marek Kos