

Sandomierz 17.09.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/28/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/28/2019

Do Zamawiającego w dniu 16.09.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu I poz. 32:** Czy Zamawiający dopuści szew o grubości 1 z nicią o długości 75cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
- 2. Dot. Pakietu III poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
- 3. Dot. Pakietu VI poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.09.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.09.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.

Z-ca DYREKTORA
ds. Opieki Zdrowotnej SSpS w Sandomierzu

lek. med. Beata Wiater

