

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak
PN/23/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020

Do Zamawiającego w dniu 04.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. **Dot. Pakietu 37 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 37 w poz. 2 żelu znieczulającego o pojemności 12ml z odpowiednim przeliczeniem ilości 1850 szt. (co daje 740p. Po 12 ml)?
2. **Dot. Pakietu 37 poz. 1, 2:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 37 w poz. 1 i 2 żelu o poniższym składzie:
 - lidocaine hydrochloride 2g
 - chlorhexidine gluconate 0,05g
 - methyl hydroxybenzoate 0,10g
 - propyl hydroxybenzoate 0,10 g
 - hydroxyethyl cellulose
 - propylene glycol
 - purified water?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos