

Sandomierz 07.04.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020

Do Zamawiającego w dniu 23.03.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu VII: Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści balon do kontrapulsacji o pojemności 30cc średnica 7,5F i 40cc średnica 7,5F z kompletnym zestawem do wprowadzania z membraną typu Cardiothan i budową typu co-axial, ze zbrojonym szafem dla zmniejszenia ryzyka załamania w trakcie implantacji cewnika?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 23.03.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos