

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak
PN/23/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020

Do Zamawiającego w dniu 08.09.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu 38: Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sprzęt medyczny spełniający poniższy opis przedmiotu zamówienia?

Pakiet 38 Kaniule

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto
1.	Kaniula wykonana z poliuretanu, posiadająca 3 paski kontrastujące w RTG, port dodatkowy do wstrzyknięć centralnie umieszczony z koreczkiem luer-lock, będącym w kolorze, identyfikującym rozmiar kaniuli. Stożkowata, mocna końcówka umożliwiająca łatwe wprowadzenie do żyły. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny plastikowy element zabezpieczający-zatrząsk, biernie aktywujący się podczas wyciągania igły z cewnika. Cienkościenna konstrukcja kaniuli zwiększająca średnicę przepływu, elastyczne skrzydełka umożliwiające dobrą stabilizację kaniuli w żyłę, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczka z filtrem hydrofobowym uniemożliwiającym wypływ krwi, jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Wszystkie rozmiary pochodzą od jednego producenta. Rozmiary: 0,74x19mm 24G 29ml/min., 0,9x25mm 22G 42ml/min., 1,0x32mm 20G 59ml/min., 1,3x45mm 18G 96ml/min., 1,75x45mm 16G 225ml/min.	szt.	55 000	

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 08.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kłos