

Sandomierz 10.03.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020

Do Zamawiającego w dniu 17.02.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu I: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie między rozdzielnią budynku na rozdzielnią tomografu kabla o przekroju mniejszym niż podany w projekcie 5x70, jeżeli kabel o mniejszym przekroju zapewni spełnienie wymogów producenta tomografu.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.03.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ w zakresie pkt 7 opisu dotyczącego zasilania tomografu komputerowego wykonania linii kablowych, Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) wymaga doboru ich przekroi i wykonania zasilania wg. wyników obliczeń elektrycznych dla oferowanego tomografu uwzględniając moc instalowanego urządzenia i wymagane dla niego parametry sieci zasilającej (impedancja pętli zwarcia, spadek napięcia itp.).

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos