

Sandomierz 20.02.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020**

Do Zamawiającego w dniu 19.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### **Pytania**


- 1. Dot. Pakietu XVI poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 24mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm; w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości: 4.5 mm dla rozmiaru 24 mm, 4.8 mm dla rozmiaru 26 mm i 29 mm, 5.0 mm dla rozmiaru 32 mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
- 2. Dot. Pakietu XVI poz. 2:** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 2 dopuści jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty, półzamknięty, zamknięty- zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony) o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej, wysokość zszywki otwartej 3.50 mm po zamknięciu 1.50 mm i wysokość zszywki otwartej 4.80 mm po zamknięciu 2.0 mm W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
- 3. Dot. Pakietu XVI poz. 3:** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 3 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z pozycji 2, o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Regulowany docisk pozwalający na zespalanie tkanki standardowej, wysokość zszywki otwartej 3.50mm po zamknięciu 1.50 mm i wysokość zszywki otwartej 4.80 mm po zamknięciu 2.00 mm W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne. Depozyt w Bloku Operacyjnym?

4. **Dot. Pakietu XVI poz. 4:** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, dł. linii szwu 60 mm do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki normalnej 3.80 mm i wysokiej 4.80 mm. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
5. **Dot. Pakietu XVI poz. 5:** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 5 dopuści jednorazowe ładunki z nożem do staplera liniowego z pozycji 4, dł. linii szwu 60 mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki normalnej 3.80 mm i wysokiej 4.80 mm. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
6. **Dot. Pakietu XVI poz. 6:** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 6 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, dł. linii szwu 80 mm do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki normalnej 3.80 mm i wysokiej 4.80 mm. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
7. **Dot. Pakietu XVI poz. 7:** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 7 dopuści jednorazowe ładunki z nożem do staplera liniowego z pozycji 6, dł. linii szwu 80 mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki normalnej 3.80 mm i wysokiej 4.80 mm. Depozyt w Bloku Operacyjnym?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.02.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 19.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Duża Świątka, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego Duża Świątka  
w Sandomierzu  
  
dr n. med. Marek Kos