

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak
PN/23/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020

Do Zamawiającego w dniu 08.09.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu 35 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową o powierzchni 87cm², dzieloną z odizolowanym pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 21cm², bez kabla z wprowadzeniem na klips. Elektroda przeznaczona zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci o wadze od 2kg. Elektroda kompatybilna z diatermią firmy ERBE?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 08.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos