

Sandomierz 10.03.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020**

Do Zamawiającego w dniu 14.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

1. **Dot. Pakietu I:** Zamawiający wymaga przeprowadzenia II szkolenia w uzgodnionym terminie. Prosimy o potwierdzenie, że II szkolenie nie będzie wliczało się do terminu realizacji i nie będzie warunkowało podpisania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. **Dot. par. 1 ust. 2e projektu umowy stanowiącego zał. nr 11 do SIWZ:** Prosimy o potwierdzenie, że przez „opracowanie i wdrożenie właściwych projektów ochrony radiologicznej i zabezpieczeń” Zamawiający rozumie wykonanie projektu osłon stałych dla tomografu komputerowego zainstalowanego w przedmiotowej pracowni oraz wykonanie osłon stałych wynikających z tego projektu, po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Sanepid.
3. **Dot. Pakietu I:** Prosimy o dopuszczenie tolerancji w wymiarach mebli +/- 10%, do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji projektu.
4. **Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania meble wykonane w technologii korpus szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, natomiast front mebli wykonany z podwójnej blachy ze stali kwasoodpornej lakierowanej proszkowo, fronty z wypełnieniem usztywniająco wygłuszającym odpornym na wilgoć?
5. **Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający dopuści wykonanie osłon stałych przed promieniowaniem w innej formie niż panel Antix, np. z blachy ołowianej przykrytej płytą gipsową? Proponowane rozwiązanie zapewnia co najmniej taką samą skuteczność przy znacznie niższej cenie.
6. **Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający dopuści drzwi z płyty wiórowej melaminowanej z ościeżnicą wystającą z lica ściany na 1 cm?
7. **Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający dopuści drzwi w kolorze RAL 9016?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.03.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający potwierdza.
- 2) Zamawiający potwierdza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*