

Sandomierz 10.03.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020

Do Zamawiającego w dniu 17.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu I pkt. 6:** Czy Zamawiający w trosce o jakość rozwiązań oferowanych w niniejszym postępowaniu przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie tomografu komputerowego o nośności stołu 300 kg lub wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu o nośności nieznacznie niższej - 205 kg? Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż wymagając mniejszego (70-centymetrowego) otworu gantry jednocześnie wymaga większej nośności stołu (220kg) – jest to niespójne – najczęściej otyli pacjenci mają również większy obwód ciała. Prosimy zatem o dopuszczenie mniejszej nośności stołu (205 kg) lub wprowadzenie punktacji zarówno za większą nośność stołu (300 kg) jak i za średnicę otworu gantry (powyżej 70 cm). Obecny kształt opisu przedmiotu zamówienia powoduje, że aby złożyć ofertę jesteśmy zmuszeni do zaoferowania wyższej konfiguracji, za co nie otrzymamy dodatkowej punktacji (powoduje to nierówność traktowania oferentów). Zamawiający odniósłby obiektywną korzyść mając możliwość korzystania z tomografu o nośności stołu 300 kg i średnicy gantry 72 cm.
- 2. Dot. Pakietu I pkt. 20:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu o czasie obrotu 0,374s?
- 3. Dot. Pakietu I pkt. 20:** Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie tomografu o znacznie krótszym czasie obrotu poniżej 0,26s? Obecnie dla otrzymania 20 punktów wystarczy zaoferować 0,34s, natomiast oferowany przez nasz tomograf czas jest znacznie korzystniejszy.
- 4. Dot. Pakietu I pkt. 26:** Czy Zamawiający w trosce o jakość oferowanych rozwiązań wprowadzi punktację za wielkość matrycy większą niż 512x512, na przykład 512x512 – 0 pkt, 1024x1024 – 10 pkt?
- 5. Dot. Pakietu I pkt. 56:** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje dostarczenia tomografu, którym można wykonać badanie dwuenergetyczne podczas jednego przebiegu (za pomocą zmiany napięcia w trakcie obrotu układu lampa/detektor wokół badanego obszaru), bez konieczności ponownego wprowadzania pacjenta do gantry.
- 6. Dot. Pakietu I pkt. 71:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu bez funkcji fuzji CT/SPECT lub zmieni wymaganie wprowadzając dodatkową punktację za jej zaoferowanie? Zmiana tego wymagania umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
- 7. Dot. Pakietu I pkt. 79:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacji bez możliwości zapamiętywania layoutów?
- 8. Dot. Pakietu I pkt. 90:** Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania serwera dawek i zaakceptuje jako równoważne oprogramowanie tomografu, które:
 - Ostrzega operatora o przekroczeniu ustalonego limitu dawki
 - Ogranicza promieniowanie dla organów szczególnie wrażliwych

- Ogranicza dawkę poprzez zastosowanie algorytmów iteracyjnych
- Automatycznie tworzy raport pacjenta po badaniu
- Uniemożliwia nieautoryzowane zmiany protokołów skanowania
- Podaje szacowaną dawkę DLP/CTDIvol przed rozpoczęciem skanowania
- Automatycznie moduluje parametry ekspozycji
- Posiada protokoły pediatryczne
- Umożliwia manualne zakończenie skanowania po zeskanowaniu żądanego obszaru i/lub skanowanie częściowe wykorzystywane do zmniejszenia obszaru skanowania
- Przesyła informacje o dawce do archiwum pacjenta wraz z danymi obrazowymi?

9. Dot. Pakietu I: Zwracamy się z prośbą o określenie terminu naprawy na 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych (w przypadku wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuży się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.03.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 3) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 4) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 5) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 6) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 8) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 9) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos