

Sandomierz 20.02.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Do Zamawiającego w dniu 19.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dot. Pakietu I poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic:

- odporność na rozerwanie > 9N;
 - poziom protein lateksowych < 50 µg/g;
 - grubość min.: mankietu - 0,11mm, dłoni - 0,14mm, palca - 0,15mm;
- pozostałe parametry bez zmian.


2. Dot. Pakietu IV poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, wykonane z miękkiego elastycznego nitrylu, wewnątrz chlorowane/polimeryzowane, przeznaczone do kontaktu z żywnością, kształt uniwersalny, zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, mankiety rolowane, oznakowane jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej Kategoria III, rękawice o długości min. 240mm, grubość na palcu: min. 0,08mm - max. 0,10mm, grubość w obszarze dłoni: min. 0,05mm - max. 0,07mm, grubość na mankiecie min. 0,04mm, siła zrywająca przed i po starzeniu min. 7N, rękawice pozbawione tiuramów - potwierdzone oświadczeniem producenta, rękawice hypoalergiczne, AQL 1,5, zgodne z normami EN 455(1-4) - wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności, PN-EN 420, ASTM F1671, rękawice przebadane wg EN ISO 374-1:2016/Type B na: 37% Formaldehyde poziom 6, 40% Sodium Hydroxide poziom 6, 30% Hydrogen Peroxide poziom 2, rękawice posiadające badania na min. 10 cytostatyków w tym Metotrexat, Etoposide, oznaczenie fabryczne na opakowaniu - znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT, nazwa producenta / adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 12 miesięcy od daty dostawy, dostępne w rozmiarach XS-XL, opakowanie papierowe a'200szt. z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

3. Dot. Pakietu IV poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.02.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 19.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w Pakiecie IV dopuszcza zmianę ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos