

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak
PN/23/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020

Do Zamawiającego w dniu 08.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu 4 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem oraz z otworem bocznym, bez kanki?
- 2. Dot. Pakietu 8 poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści papier AsCard B5 w rozmiarze 60x25?
- 3. Dot. Pakietu 8 poz. 6:** Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantujący jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zmienniki o gorszych parametrach?
- 4. Dot. Pakietu 9 poz. 1-4:** Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe z rozszerzeniem skali nominalnej o 10%?
- 5. Dot. Pakietu 9 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe 20 ml w opakowaniach 'a 50 szt. z przeliczeniem opakowań?
- 6. Dot. Pakietu 10 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna dostępne w rozmiarach CH 8 – CH 24 (co 2)?
- 7. Dot. Pakietu 12 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści sondy o długości 105cm, z 4 otworami bocznymi, znakowanie długości na 50cm, 60cm i 70cm od końca dystalnego?
- 8. Dot. Pakietu 13 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści kaniulę do pobierania leków z możliwością użytkowania do 24 godzin?
- 9. Dot. Pakietu 14 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zawór odcinający dostęp naczyniowy o przepływie 350ml/min?
- 10. Dot. Pakietu 15 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

- 11.Dot. Pakietu 17 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania o długości 60cm?
- 12.Dot. Pakietu 18:** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm o grubości 0,02mm?
- 13.Dot. Pakietu 18:** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
- 14.Dot. Pakietu 21 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?
- 15.Dot. Pakietu 24 poz. 1:** Czy Zamawiający odstąpi od zapisu aby preparaty do szybkiego przetaczania krwi posiadały miejsce na kołec komory kroplowej w zaciskaczu rolkowym?
- 16.Dot. Pakietu 24 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o średnicy wewnętrznej 1,24 mm?
- 17.Dot. Pakietu 24 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przytaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplowa w części przezroczystej o długości 55 mm i drenem o długości 1,5 m?
- 18.Dot. Pakietu 24 poz. 3, 4:** Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.
- 19.Dot. Pakietu 24 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przytaczania krwi z drenem o długości 1,5 m?
- 20.Dot. Pakietu 33 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarach: 0,25 x 6mm, 0,25 x 8mm, 0,30 x 8mm, 0,33 x 12mm?
- 21.Dot. Pakietu 38 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach: 0,7x19mm 24G 23ml/min., 0,9x25mm 22G 36ml/min., 1,1x32mm 20G 61ml/min., 1,3x45mm 18G 100ml/min., 1,7x45mm 16G 200ml/min.
- 22.Dot. Pakietu 40 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopii i resekoskopii z miękką końcówką wykonaną z silikonu?
- 23.Dot. Pakietu 44 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków o długości 170 mm z wkładaną karteczką o wymiarach 16x52 mm z nadrukiem z jednej strony: nazwisko, płeć, łóżko i data?
- 24.Dot. Pakietu 44 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych dla noworodków za opakowanie 'a 100 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 08.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Du-cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.

- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający dopuszcza.
- 12) Zamawiający dopuszcza.
- 13) Zamawiający dopuszcza.
- 14) Zamawiający dopuszcza.
- 15) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 16) Zamawiający dopuszcza.
- 17) Zamawiający nie dopuszcza.
- 18) Zamawiający nie dopuszcza.
- 19) Zamawiający dopuszcza.
- 20) Zamawiający dopuszcza.
- 21) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- 22) Zamawiający dopuszcza.
- 23) Zamawiający nie dopuszcza.
- 24) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Matek Kos