

Sandomierz 20.02.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Do Zamawiającego w dniu 19.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu IV:** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,10\pm 0,01$ mm, na dłoni $0,08\pm 0,01$ mm oraz na mankiecie $0,06\pm 0,01$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
- 2. Dot. Pakietu IV:** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,08\pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06\pm 0,01$ mm oraz na mankiecie $0,05\pm 0,01$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
- 3. Dot. Pakietu IV:** Czy Zamawiający dopuści rękawice, których mediana siły zrywu jest min. 7N?
- 4. Dot. Pakietu IV:** Czy Zamawiający dopuści rękawice spełniające normę EN455 w całości bez wyszczególnienia części w Deklaracji Zgodności?
- 5. Dot. Pakietu IV:** Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane wg normy EN16523-1 na co najmniej 4 substancje chemiczne (wyłączając cytostatyki), m.in. 37% formaldehyd (piąty poziom odporności), oraz 65% kwas azotowy?
- 6. Dot. Pakietu V:** Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarze M i L do wyboru przez Zamawiającego?
- 7. Dot. Pakietu VIII:** Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała o gramaturze 60g/m², spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
- 8. Dot. Pakietu XII poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankieta posiadające dwa znaczniki głębokości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
- 9. Dot. Pakietu XII poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankiem posiadające przewód łączący oraz balonik w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
- 10. Dot. Pakietu XII poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji z dodatkowym portem do odsysania z mankiem standardowym w kształcie walca, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.02.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 19.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający dopuszcza.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos