

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak  
PN/23/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020**

Do Zamawiającego w dniu 09.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

#### **Pytania**

1. **Dot. Pakietu 9 poz. 1-5:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 1-5 dopuści kontrastujący mleczny tłok?
2. **Dot. Pakietu 9 poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści rozszerzenie do 2,5ml?
3. **Dot. Pakietu 13:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania płynów KD-Spike z filtrem bakteryjnym 0,1 µm i cząsteczkowym 5 µm z samodomykającym się korkiem, z nasadką na kołec?
4. **Dot. Pakietu 16 poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 1 dopuści wyłącznie kolor niebieski?
5. **Dot. Pakietu 16 poz. 2:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 2 dopuści wyłącznie kolor biały?
6. **Dot. Pakietu 16 poz. 2:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 2 dopuści optyczny identyfikator przepływów?
7. **Dot. Pakietu 24 poz. 3:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 poz. 3 dopuści przyrząd bez możliwości zabezpieczenia kolca po użyciu bez uchwytu na dren?
8. **Dot. Pakietu 24 poz. 3:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 poz. 3 dopuści długość komory w części przezroczystej 50mm?
9. **Dot. Pakietu 24 poz. 3:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 poz. 3 dopuści komorę zawierającą medyczny PCV?
10. **Dot. Pakietu 33:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 dopuści rozmiar 5, 6, 8 i 10?
11. **Dot. Pakietu 38:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 38 dopuści kaniule w rozmiarze:  
0,17x19mm 24G 23ml/min.,  
0,9x25mm 22G 36ml/min.,  
1,1x32mm 20G 61ml/min.,  
1,3x45mm 18G 100ml/min.,  
1,7x45mm 16G 200ml/min?

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 09.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.
- 10) Zamawiający dopuszcza.
- 11) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*