

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak
PN/23/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020

Do Zamawiającego w dniu 04.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. SIWZ Rozdział V Grupa kapitałowa:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowane oświadczenie wraz z ofertą.
- 2. Dot. Pakietu 41 poz. 1:** Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
- 3. Dot. Pakiet 41 poz. 1:** Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.
- 4. Dot. Pakiet 41 poz. 1:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zamiast uchwytu wystającego poza obręb elektrody dopuści inne rozwiązanie tj. fingerlift czyli pasek na górze elektrody bez warstwy kleju, który służy jako uchwyt i umożliwia naklejenie i odklejenie elektrod.
- 5. Dot. par. 3 ust. 9 projektu umowy:** Prosimy o zmianę ww. zapisu umowy, poprzez dodanie zapisu, że „(...) Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową chyba, że zwłoka w terminie płatności ze strony Zamawiającego przekroczy 30 dni od daty upływu terminu płatności, o którym mowa w par. 3 ust. 7 (...)”
- 6. Dot. par. 5 ust. 5 projektu umowy:** Prosimy o zmianę terminów wymienionych w par. 5 ust. 5 na dni robocze.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający informuje, że w zakresie wymaganych dokumentów będzie stosował przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz opinie prawne wydane przez Urząd Zamówień Publicznych.
- 2) Zamawiający dopuszcza.

- 3) Zamawiający dopuścił wycenę elektrod w op. 50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos