

Sandomierz 07.04.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020

Do Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu XIX: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie XIX stenty wieńcowe CoCr typu slotted tube uwalniający lek sirolimus z biodegradowalnego polimeru o następujących parametrach:

- platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego,
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem z lekiem Sirolimus w dawce 1.4µg/mm² dla wszystkich rozmiarów,
- unikalny biodegradowalny, ultra cienki polimer (5-6 micronów), składający się z trzech warstw hydrofobowych i hydrofilnych biodegradowalnych polimerów (Poly-L-lactide, Poly L-lactide-co-caprolactone, Polyvinyl pyrrolidone), polimer ulega biodegradacji po ok. 9 miesiącach,
- grubość pręseł 60µm dla wszystkich rozmiarów,
- wysoka siła radialna: 0,35 N/mm (49 psi),
- robocza długość systemu 140cm, system dostarczania stentu typu RX kompatybilny z przewodnikiem 0,014",
- dostępne długości stentu: od 8mm do 48mm w odstępach co 4mm dla wszystkich oferowanych średnic,
- dostępne średnice: od 2.0 do 4.5mm,
- stent zamontowany na balonie semi-compliant,
- ciśnienie nominalne balonu: 8 atm dla śred. 2,0-2,25mm, 10 atm dla śred. 2,5-3,0mm, 11 atm dla śred. 3,5-4,5mm,
- RBP: 16 atm dla wszystkich średnic,
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic,
- możliwość przeprężenia stentów przy użyciu dodatkowego balonu - 2.0mm do 3,34mm, 2.5mm do 3.84mm, 4.0 do 5.36mm?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.03.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos