

Sandomierz dnia 18.06.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”
Znak PN/17/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak PN/17/2020

Do Zamawiającego w dniu 16.06.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:


Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie II w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednorazowego skalowania pipetek w pakiecie II poz. 6? Zestaw testowy zawiera elementy do poboru kału, które wraz z próbką zanurza się w buforze. Nakroplenie na kasetkę odbywa się bezpośrednio z próbówki pod odłamaniami zatyczki nakraplacza.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie II** testów w opakowaniach zawierających inną ilość sztuki niż określone w formularzu asortymentowo-cenowym oraz określi sposób przeliczenia jako „do drugiego miejsca o przecinku”?
3. Czy Zamawiający dopuści szybkie testy diagnostyczne pozbawione opisu identyfikującego wykrywany parametr na powierzchni kasetki testowej? Zastosowanie takiego testu może być źródłem błędnej interpretacji wyniku, gdyż personel wykonujący test może błędnie przypisać wynik pozytywny/negatywny do innego rodzaju testu. Może to się wiązać z błędnym dopasowaniem dalszego postępowania, diagnostyki.
4. Czy Zamawiający dopuści testy narkotykowe pozbawione opisu identyfikującego dany narkotyk na powierzchni kasetki testowej? Zastosowanie takiego testu może być źródłem błędnej interpretacji wyniku, gdyż personel wykonujący test może błędnie przypisać wynik pozytywny/negatywny do innego rodzaju narkotyku.
5. Czy Zamawiający wymaga testów opakowanych jednostkowo w foliowe saszetki opisane nazwą testu, numerem katalogowym, datą ważności oraz producentem?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 18.06.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 16.06.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr II nie określił ilości sztuk w opakowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos