

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak  
PN/23/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020**

Do Zamawiającego w dniu 07.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

#### **Pytania**

1. **Dot. Pakietu 9 poz. 1-4:** Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawk w klasie IIa?
2. **Dot. Pakietu 9 poz. 1-4:** Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawk z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?
3. **Dot. Pakietu 9 poz. 1-4:** Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawk z kontrastującym niebieskim tłokiem?
4. **Dot. Pakietu 9 poz. 1-4:** Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki, gdzie cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polietylenu?
5. **Dot. Pakietu 9 poz. 1-4:** Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym a'100szt./a'80szt.? Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu jednostkowym folia-papier – przez część przezroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponadto zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a'100szt.
6. **Dot. Pakietu 9 poz. 4:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawk pakowanych po 80 szt. /op. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
7. **Dot. Pakietu 9 poz. 5:** Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?
8. **Dot. Pakietu 9 poz. 5:** Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w 2 funkcjonalne reduktory luer?
9. **Dot. Pakietu 13 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini-spike z filtrem cząsteczkowym 5um oraz filtrem aerozolowym 0,2um.
10. **Dot. Pakietu 16:** Czy Zamawiający wymaga kraników wykonanych z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?
11. **Dot. Pakietu 16 poz. 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z drenem 10cm o średnicy 4,1mmx3mm.
12. **Dot. Pakietu 16:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kraników tylko z optycznym identyfikatorem.
13. **Dot. Pakietu 18:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha o wymiarach 75x125cm.
14. **Dot. Pakietu 23:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawk z rozszerzoną skalą 50/60ml.

- 15.Dot. Pakietu 23 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakimi pompami dysponuje.
- 16.Dot. Pakietu 23 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że oferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.
- 17.Dot. Pakietu 24 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu skuteczności filtracji BFE na poziomie min. 99,999, gdyż wymóg tej jednoznacznie wskazuje na konkretnego wykonawcę, tym samym ograniczając wolną konkurencję.
- 18.Dot. Pakietu 24 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów inf. Z filtrem Air Stop oraz filtrem hydrofobowym, przyrząd posiada zabezpieczenie na kolec, zaciskacz rolkowy wyposażony w dodatkowy zaczepek na dren, elastyczna dwuczęściowa komora wolna od PCV, przyrząd wolny od ftalanów, dren o długości 180cm, skuteczność filtracji na poziomie ok. 96%.
- 19.Dot. Pakietu 23 poz. 3, 4:** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
- 20.Dot. Pakietu 24 poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z komorą kroplową o długości 62mm (55mm w części przezroczystej), dren długości 150cm, igła biorcza dwukanałowa, ścięta trójpłaszczyznowo.
- 21.Dot. Pakietu 24 poz. 3:** Czy Zamawiający wymaga, aby w/w przyrząd posiadał dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?
- 22.Dot. Pakietu 24 poz. 3, 4:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z drenem 150cm.
- 23.Dot. Pakietu 30 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z workiem pakowanym osobno o wymiarach 21x30cm.
- 24.Dot. Pakietu 30 poz. 1:** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komora kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
- 25.Dot. Pakietu 30 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.
- 26.Dot. Pakietu 30 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z wycięciem na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki?
- 27.Dot. Pakietu 30 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z wycięciem w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu?
- 28.Dot. Pakietu 30 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z dodatkowym paskiem klejącym pozwalającym na zamknięcie worka?
- 29.Dot. Pakietu 30 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga aby przepuszczalność światła folii z której wykonane są osłonki do leków światłoczułych była potwierdzona badaniami z wynikiem nie większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów światłoczułych USP 37 „Light transmission test”? Przy braku wymagań w tym zakresie Zamawiający może dostać ofertę na worki foliowe na odpady.

- 30.Dot. Pakietu 31:** Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy o średnicy drenu 1,2mm?
- 31.Dot. Pakietu 32:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakimi pompami dysponuje.
- 32.Dot. Pakietu 32:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.
- 33.Dot. Pakietu 32 poz. 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60ml.
- 34.Dot. Pakietu 38:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych. Których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada 2 paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek umiejscowiony w osi skrzydełek, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszywania. Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
	20 G	1,1 x 25	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

- 35.Dot. Pakietu 38:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, wyposażona w 4 paski radiocieniujące oraz samodomykający się korek portu bocznego położony w osi skrzydełek, kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną oraz elastyczne skrzydełka, nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją. Parametry przedstawiają się następująco:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	310
Szary	16 G	1,70 x 45	200
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45	100
		1,20 x 38	105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38
Żółty	24 G	0,70 x 19	22

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Du-cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie wymaga.

- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
- 7) Zamawiający nie wymaga.
- 8) Zamawiający nie wymaga.
- 9) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.
- 10) Zamawiający nie wymaga.
- 11) Zamawiający dopuszcza.
- 12) Zamawiający nie dopuszcza.
- 13) Zamawiający dopuszcza.
- 14) Zamawiający dopuszcza.
- 15) Zamawiający informuje, że pracuje na pompach: Kwapisz, AscorD, Grsbery, Mono.
- 16) Zamawiający dopuszcza.
- 17) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 18) Zamawiający nie dopuszcza.
- 19) Zamawiający nie dopuszcza.
- 20) Zamawiający nie dopuszcza.
- 21) Zamawiający nie wymaga.
- 22) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.
- 23) Zamawiający nie dopuszcza.
- 24) Zamawiający nie dopuszcza.
- 25) Zamawiający dopuszcza.
- 26) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
- 27) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
- 28) Zamawiający nie wymaga.
- 29) Zamawiający nie wymaga.
- 30) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
- 31) Zamawiający informuje, że pracuje na pompach: Kwapisz, AscorD, Grsbery, Mono.
- 32) Zamawiający dopuszcza.
- 33) Zamawiający dopuszcza.
- 34) Zamawiający nie dopuszcza.
- 35) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandzku  
*Marek Kos*  
dr n. med. Marek Kos