

Sandomierz 07.04.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020**

Do Zamawiającego w dniu 26.03.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

- 1. Dot. Pakietu XIII poz. 3:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie XIII w pozycji 3 stentów DES o profilu stentu z balonem dla średnicy 3.0mm wynoszącym 0,042", pozostałe parametry bez zmian.
- 2. Dot. Pakietu XIV poz. 1 i 2:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy w Pakiecie XIV przewiduje możliwość dzierżawy urządzenia koniecznego do stosowania produktów z pozycji 1 i 2.
- 3. Dot. Pakietu XV poz. 4:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy w Pakiecie XV przewiduje możliwość dzierżawy urządzenia koniecznego do stosowania produktów z pozycji 4.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 26.03.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie przewiduje dzierżawy urządzenia.
- 3) Zamawiający nie przewiduje dzierżawy urządzenia.

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
dr n. med. Marek Kos