

Sandomierz dnia 18.06.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”
Znak PN/17/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak PN/17/2020

Do Zamawiającego w dniu 16.06.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dotyczy Załącznik nr 1 Pakiet II

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści test o czułości 1 µg/gram, nie dający reakcji krzyżowych z hemoglobina wołową, kurzą, świńską, kozią, końską, króliczą i indyczą od stężenia 1 mg/ml
2. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści test o parametrach: 1 ng / ml dla GDH, 2 ng / ml dla toksyny A i 1 ng / ml dla toksyny B ?
3. Czy w pozycji 12 zamawiający dopuści test immunochromatograficzny do oznaczania przeciwciał heterofilnych mononukleozy zakaźnej w krwi pełnej, surowicy lub osoczu z kontrolą dodatnią i ujemną?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujęcie kosztów kontroli RSV – pozycja 19 w cenie testów do oznaczania RSV znajdujących się w pozycji 18, a tym samym nie wypełnianie pozycji 19 w tabeli ?
5. Dotyczy Pozycji 20 - Prosimy o doprecyzowanie parametrów oznaczanych za pomocą testu?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 18.06.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 16.06.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza
2. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Zamawiający dopuszcza.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Zamawiający informuje, że za pomocą testu oznaczane będą parametry: AB-PINACA (ABP), Katyna (CAT), Mefedron (MEP), Metylenodioksyriowaleron (MDPV), Spice (SPC).

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
[Podpis]
dr n. med. Matek Kbs