

Sandomierz dnia 18.06.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”  
Znak PN/17/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak PN/17/2020**

Do Zamawiającego w dniu 17.06.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Dotyczy: pakiet nr I - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej hermetycznej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania. Każde zbiorcze opakowanie posiada etykietę zawierającą te same informacje co pojedyncza fiołka (nazwa krążka, skrót nazwy wg. CLSI/EUCAST, stężenie antybiotyku, numer katalogowy, seria produkcyjna, termin ważności, warunki przechowywania). Dodatkowo pragniemy nadmienić, że każda fiołka w zbiorczym opakowaniu ma dodatkowe zabezpieczenie fiołki nakładką w miejscu wyjmowania krążka przez diagnostę lub podczas używania dyspensera.
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 29 krążek diagnostyczny optochina pochodzący od innego producenta ?
3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 45 cefinazę w postaci wygodnego w użyciu paska?

**Dotyczy: pakiet nr III - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycjach 1 – 6 szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków, które są pakowane po 10 sztuk w opakowaniu i mogą być zamrażane.

**Dotyczy: pakiet nr V - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu do diagnostyki patogenów w płynie mózgowo – rdzeniowym pakowanego po 25 oznaczeń w opakowaniu z opcją przeliczenia na liczbę wymaganą przez Zamawiającego.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 18.06.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 17.06.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający dopuszcza.
4. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*