

Sandomierz 10.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak
PN/23/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/23/2020

Do Zamawiającego w dniu 07.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu 13:** Prosimy o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów z butelek, gdzie okres użytkowania wynosi 72 godziny. Z zachowaniem pozostałych parametrów tak jak wymagane w SIWZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do parametrów i funkcji takiego przyrządu, Zamawiający, na etapie badania i oceny ofert, może wezwać do przedłożenia próbek i ocenić właściwości spike. Opisany przedmiot zamówienia jest stosowany w placówkach ochrony zdrowia do wykonywania procedur medycznych a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
- 2. Dot. Pakietu 21 poz. 1:** Proszę o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na opakowania, czyli 3600 op. Wycena za opakowanie umożliwi zaoferowanie korzystniejszej oferty cenowej. Kieliszki konfekcjonowane są w opakowaniach po 75 szt. i w ten sposób są sprzedawane.
- 3. Dot. Pakietu 21 poz. 1:** Proszę o dopuszczenie kieliszka o pojemności 30 ml. Pozostałe parametry jak w SIWZ.
- 4. Dot. Pakietu 24 poz. 1:** Prosimy o dopuszczenie przyrządu ze skutecznością filtra bakteryjnego (BFE) MIN. 99,9%, reszta parametrów jak w SIWZ. Skuteczność filtra w obu przypadkach przekraczają 99%.
- 5. Dot. Pakietu 25:** Proszę o dopuszczenie worka na wymiociny posiadającego następujące parametry: sztywny ustnik (plastikowy), przezroczysty, wycięcie w ustniku służące do zamknięcia, pojemność 2000ml, skala pomiarowa do 1500 ml co 100 ml, dodatkowa skala pomiarowa w zakresie od 0 do 100 ml co 10 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV, jednorazowego użytku, z wkładem absorbującym, opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Wyrób medyczny. Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
- 6. Dot. SIWZ:** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający informuje, że w zakresie wymaganych dokumentów będzie stosował przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz opinie prawne wydane przez Urząd Zamówień Publicznych.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos