Sandomierz, dnia 29.10.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na *„Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii"*
Znak PN/28/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii", znak PN/28/2020

Do Zamawiającego w dniu 13.10.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (18 szt.) bez możliwości zabezpieczenia mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce (5 szt.) z regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 13.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza
2. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos