

Sandomierz 07.04.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/9/2020**

Do Zamawiającego w dniu 01.04.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### **Pytania**


**1. Dot. Pakietu III:** Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie introduktora naczyniowego z dostępu promieniowego o średnicach od 4F do 6F, długości 11cm; W zestawie:

- prowadnik prosty o długości 45cm,
- igła angiograficzna 20G,
- rozmiar kodowany kolorem w celu łatwej identyfikacji rozmiaru.

**2. Dot. Pakietu VI poz. 1:** Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w Poz. 1 – Strzykawki inflacyjnej z manometrem fluorescencyjnym. Łatwość obsługi - mechanizm blokujący przed niekontrolowaną deflacją. Generowane ciśnienie 0-30atm. Poj. 20ml. Fluorescencyjna skala ułatwiająca obserwację. Zdjęcie produktu poniżej.



**3. Dot. Pakietu VI poz. 2:** Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Poz. 2 – Y-connectora typu push click o świetle wewnętrznym 8F, który działa w 3 pozycjach zamkniętej, półotwartej i otwartej. Osobno torquer 0,010"- 0,038" i igła do wprowadzania – spełniające wymagania SIWZ. Zdjęcia produktów poniżej:



**4. Dot. Pakietu VI poz. 3:** Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Poz. 3 connectora typu SCREW i możliwość dostarczenia igły oddzielnie. Zdjęcia produktów poniżej:



**5. Dot. Pakietu XVIII poz. 1:** Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu XVIII poz. 1 – zestaw obłożeń koronarograficznych i utworzenie osobnego pakietu.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 01.04.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
ul. Sandomierska  
*dr n. med. Marek Kos*