

Sandomierz 10.03.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/3/2020

Do Zamawiającego w dniu 14.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu III pkt. 2:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z ekranem LCD TFT, o przekątnej 12,1 cala oraz rozdzielczości 800x600 pikseli?
- 2. Dot. Pakietu III pkt. 4:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością prezentacji do 7 krzywych dynamicznych na ekranie?
- 3. Dot. Pakietu III pkt. 5:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rejestracji 168 godzin trendów wszystkich parametrów z rozdzielczością nie gorszą niż 1min.?
- 4. Dot. Pakietu III pkt. 8:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zapisu w pamięci monitora do 200 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych monitorowanych parametrów?
- 5. Dot. Pakietu III pkt. 9:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości ciągłego zapisu monitorowanych fal dynamicznych z okresu 90h?
- 6. Dot. Pakietu III pkt. 10:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor ze skonfigurowanymi 8 ekranami wyświetlania mierzonych parametrów, w tym ekranem dużych cyfr?
- 7. Dot. Pakietu III pkt. 12:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor umożliwiający eksport danych w formie danych tabelarycznych z maksymalnie 168 godzin poprzez złącze USB na nośnik przenośny typu Pendrive w celu ich dalszego odczytu i analizy na komputerze PC bez dodatkowego złącza USB umożliwiającego podłączenie klawiatury lub myszki?
- 8. Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości obserwowania min. 3 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego?
- 9. Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość rejestracji krzywych EKG z możliwością wyboru prędkości wyświetlania: 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s?

10. **Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z detekcją stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG na wyświetlaczu monitora?
11. **Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji analizy statycznej HRV?
12. **Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu 168 godzin oraz zapewniający prezentację odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie z okresu monitorowania bez możliwości włączenia dodatkowej funkcji analizy EKG z ostatnich 24h?
13. **Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada analizę 17 zaburzeń rytmu?
14. **Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor zapewniający pomiar oddechów (RESP) w zakresie 0-120 oddech./min.?
15. **Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 20-60s?
16. **Dot. Pakietu III pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o moduł 12-kanalowego EKG pacjenta?
17. **Dot. Pakietu III pkt. 14:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości włączenia funkcji wysokiej czułości pomiaru SpO2 oraz funkcji blokady alarmu w czasie pomiaru NIBP na tej samej kończynie na której założony jest czujnik?
18. **Dot. Pakietu III pkt. 15:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru NIBP w zakresie 10-270mmHg bez możliwości wyświetlania pomiaru pulsu z pomiaru NIBP ale z możliwością pomiaru pulsu w tabeli trendów NIBP?
19. **Dot. Pakietu III pkt. 15:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu do 168 godzin oraz do 1000 pomiarów NIBP (wyświetlanych w formie tabelarycznej) oraz zapewniający prezentację odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie z okresu monitorowania bez możliwości włączenia dodatkowej funkcji analizy NIBP z ostatnich 24h?
20. **Dot. Pakietu III pkt. 15:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość zapisu do 1000 pomiarów NIBP do których szybki dostęp jest możliwy poprzez opcję trendów?
21. **Dot. Pakietu III pkt. 16:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor wyświetlający pomiary i prezentację inwazyjnego ciśnienia średniego, skurczowego oraz rozkurczowego?
22. **Dot. Pakietu III pkt. 17:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z modułem do pomiaru zawartości CO2 wyposażony w zestaw do pomiaru CO2 ze strumienia głównego lub bocznego bez kaniuli nosowej?

23. Dot. Pakietu III pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o saturację dualną, rzut serca metodą kardiografii impedancyjnej, monitorowania uśpienia, monitorowania zwiotczenia mięśni?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 10.03.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza.
- 12) Zamawiający nie dopuszcza.
- 13) Zamawiający nie dopuszcza.
- 14) Zamawiający nie dopuszcza.
- 15) Zamawiający nie dopuszcza.
- 16) Zamawiający dopuszcza.
- 17) Zamawiający nie dopuszcza.
- 18) Zamawiający nie dopuszcza.
- 19) Zamawiający nie dopuszcza.
- 20) Zamawiający nie dopuszcza.
- 21) Zamawiający nie dopuszcza.
- 22) Zamawiający nie dopuszcza.
- 23) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos