

Sandomierz 20.02.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Do Zamawiającego w dniu 17.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu XVI poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych, zagiętych z manualną siłą docisku na tkankę w zakresie 1,0-2,5mm ze zszywkami wysokości 4,5mm oraz 5,0mm, w rozmiarach 26, 29, 32, 34mm?
- 2. Dot. Pakietu XVI poz. 2-3:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych (oraz kompatybilnych ładunków) rozmiar 60mm, z manualną siłą docisku na tkankę, ze zszywkami 3,8mm oraz 4,5mm?
- 3. Dot. Pakietu XVI poz. 4-5:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem (oraz kompatybilnych ładunków), rozmiar 60mm, długość linii szwu 65mm? Pozostałe wymagania bez zmian.
- 4. Dot. Pakietu XVI poz. 6-7:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem (oraz kompatybilnych ładunków), rozmiar 80mm, długość linii szwu 85mm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.02.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos