

Sandomierz 20.02.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic i wyrobów medycznych, znak PN/7/2020

Do Zamawiającego w dniu 17.02.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu XII poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania rurki intubacyjnej PCV bez mankietu z jednym szerokim, dobrze widocznym znacznikiem głębokości intubacji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- 2. Dot. Pakietu XII poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania rurki intubacyjnej PCV z mankiem z jednym szerokim, dobrze widocznym znacznikiem głębokości intubacji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- 3. Dot. Pakietu XII poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania rurki intubacyjnej z baryłkowym mankiem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.02.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.02.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos