

Sandomierz dnia 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawa wyposażenia dla Centrum Diennej Opieki Psychiatrycznej”,
znak TP/16/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa wyposażenia dla Centrum Diennej Opieki Psychiatrycznej”, znak TP/16/2021

Do Zamawiającego w dniu 18.10.2021r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

1. dot. Pakiet 2 Meble Medyczne, Poz. 1- łóżko zabiegowe

Prosimy o dopuszczenie łóżka zabiegowego z kątem nachylenia wezgłowia +/- 45 stopni, co minimalnie różni się od wymagań Zamawiającego, a pozwoli wystartować większej liczbie potencjalnych Wykonawców, zwiększając konkurencyjność ofert.

2. dot. poz. 2, pakiet II- Parawan

Prosimy o dopuszczenie parawanu z ekranem wykonanym z poliestru z wodoodporną powłoką, który charakteryzuje się wytrzymałością, wodoodpornością oraz jest zastosowaniem często wybieranym w placówkach medycznych

3. dot. Pakiet 2 Meble Medyczne - Poz. 3- Fotel do pobierania krwi

Prosimy o dopuszczenie fotela do pobierania krwi o szerokości 69,5cm, głębokości 64cm, wymiary te niewiele odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego, a są również optymalnie dobrane do pełnienia wymaganej funkcji fotela do iniekcji.

4. dot. umowa, zał. 5_§3 ust 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i instalacji, w zakresie pakietu nr 2.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w pakiecie dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Siedlcach
dr n. med. Marek Kos

ok *Szwed*