

Sandomierz 13.07.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę testów i opakowań do sterylizacji, znak TP/9/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę testów i opakowań do sterylizacji, znak TP/9/2021

Do Zamawiającego w dniu 12.07.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu I poz. 6-17:** Czy Zamawiający wymaga, aby piktogramy przedstawiające kierunek otwierania były umieszczone zarówno od strony folii jak i od strony papieru, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i pracę z produktem gotowym?
- 2. Dot. Pakietu I poz. 26:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby torebki posterylizacyjne były zarejestrowane jako wyrób medyczny?
- 3. Dot. Projektowanych postanowień umowy:** Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.07.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.07.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający potwierdza.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr Jerzy Kuliński