

Sandomierz 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

Do Zamawiającego w dniu 18.10.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu II poz. 3, 4, 5, 6:** Prosimy o dopuszczenie pojemników z pokrywą na wcisk, co umożliwi złożenie korzystnej cenowo oferty.
- 2. Dot. Pakietu II poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści pojemnik zakręcany z PP o pojemności 60 ml?
- 3. Dot. Pakietu II poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści pojemnik zakręcany z PP o pojemności 100 ml?
- 4. Dot. Pakietu II:** Prosimy o dopuszczenie pojemników z etykietą następującymi polami do opisu: dane pacjenta, numer, data.
- 5. Dot. Pakietu II:** Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktoграмów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.
- 6. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos