

Sandomierz 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021**

Do Zamawiającego w dniu 18.10.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

- 1. Dot. Pakietu VI poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny zagięty, z manualną regulacją docisku na tkankę w zakresie 1,4-2,6 mm, wysokość zszywki, odpowiednio: 4,5mm 4,8mm i 5,0mm, sterylny, jednorazowego użytku, rozmiar 24mm, 26mm, 29mm i 32mm. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
- 2. Dot. Pakietu VI poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z automatyczną regulacją docisku na tkankę, dł. linii szwu 60mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki normalnej 3,5mm (1,5mm po zamknięciu) lub grubej 4,8mm (2,0mm po zamknięciu), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
- 3. Dot. Pakietu VI poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 2, pakiet VI?
- 4. Dot. Pakietu VI poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, rozmiar 60mm, dł. linii szwu 65,1 mm do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki normalnej 3,8 mm i wysokości 4,8 mm. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
- 5. Dot. Pakietu VI poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 4, pakiet VI?
- 6. Dot. Pakietu VI poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, rozmiar 80mm, dł. linii szwu 85,1 mm do tkanek normalnych i grubych, wysokość zszywki normalnej 3,8 mm i wysokości 4,8 mm. Depozyt w Bloku Operacyjnym?
- 7. Dot. Pakietu VI poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 6, pakiet VI?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
dr n. med.  Marcin Kos