

Sandomierz 19.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych, znak TP/17/2021**

Do Zamawiającego w dniu 18.10.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

- 1. Dot. Pakietu XII:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XII: Cewników trójdrożnych Dufour z balonem 40 ml dla 16 CH, 50 ml dla 18 CH, 60ml dla 20 CH, 70 ml dla 22 CH, 80 ml dla 24 CH (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).
- 2. Dot. Pakietu XIII:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XIII: Cewników moczowodowych Nelaton (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).
- 3. Dot. Pakietu XIV:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XIV: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów z pętlami o stałej średnicy oraz kateterem o średnicy 7F/14F.
- 4. Dot. Pakietu XV:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XV: Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w rozmiarze 8 F.
- 5. Dot. Pakietu XVII:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XVII: Zestaw do szynowania moczowodów pigtail podwójnie zamknięty w rozmiarze 4,7 F / 28 cm.
- 6. Dot. Pakietu XIX:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XIX: Zestaw do nefrostomii 9 F, 12 F z łącznikiem do worków typu Luer-Lock.
- 7. Dot. Pakietu XXI poz. 2:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XXI poz. 2: Koszulek dostępu moczowodowego w rozmiarach 10/12 FR długość 35cm lub 45 cm, 12/14 FR długość 35 cm lub 45 cm oraz 14/16 FR długość 35 cm lub 45 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).
- 8. Dot. Pakietu XXII:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet XXII: Cewników 2-drożnych, silikonowych Nelaton z balonem o pojemności 3-5 ml (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.10.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.
- 8) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*[Podpis]*